



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, 10.12.2021 r.

AZP.272.15.2021

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr AZP.272.15.2021

Zamawiający Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra prowadząc postępowanie nr AZP.272.15.2021 o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) pn. „Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium PSSE w Zielonej Górze” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00301090/01 w dniu 06.12.2021r. w odpowiedzi na przesłane pytania z dnia 10.12.2021 roku udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIA Z DNIA 10.12.2021r.

Pytanie:

1. Dotyczy części nr 1, pozycja 1
- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca 2-metylopentanu w opakowaniu 1x1g lub 5x1g?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie:

2. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 2
- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca 3-metylopentanu w opakowaniu 1x1ml lub 5x1ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

niepodlega

Pytanie:

3. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 4 i 5

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Antymonu w 20% HCl?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie:

4. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 5

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Antymonu w opakowaniu 100 ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie:

5. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 6

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Arsenu w 2% HCl?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie:

6. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 8

- Opis materiału wskazuje na materiał o numerze katalogowym 20.AF.2a (Wzorzec barwy wody 500 mg/dm³ Pt (K₂Cr₂O₇ + CoSO₄), 200 ml), którego producentem jest Okręgowy Urząd Miar w Łodzi. Materiał ten jest poza zakresem akredytacji producenta i posiada znacznie krótszą niż wymagana, datę ważności – 12 miesięcy. Proszę o informację czy Zamawiający akceptuje materiał będący poza zakresem akredytacji ISO 17034 i z datą ważności gwarantowaną przez producenta. Jeśli Zamawiający nie akceptuje takiego materiału to proszę o podanie przykładowego numeru katalogowego materiału, który spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie:

7. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 9

- Proszę o podanie metody do której będzie stosowany wzorzec Boru. ASA, ICP, inna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że metoda do której będzie stosowany wzorzec Boru. ASA, ICP to metoda spektrofotometryczna.

Pytanie:

8. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 10

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca butan-1-ol w opakowaniu 1x1ml lub 5x1 ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie:

9. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 11

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca butan-2-on w opakowaniu 1x5g?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie:

10. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 12

- Proszę o podanie przykładowego numeru katalogowego lub nazwy producenta wzorca chlorku sodu, który spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

- Zamawiający informuje, że nie podaje numeru katalogowego i nazwy producenta.

Pytanie:

11. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 13

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca chromu w 2% lub 2,5% HNO₃?

- Czy substancją wyjściową użytą do przygotowania wzorca może być Cr(NO₃)₃?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

12. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 18

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca etylobenzenu w opakowaniu 1x1 ml lub 5x1 ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

13. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 19

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Glinu w 2% lub 2-5% HNO₃?
- Czy substancją wyjściową użytą do przygotowania wzorca może być Al.(NO₃)₃?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

14. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 21

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca jonu amonowego z ogólną datą ważności 24 miesiące i 12 miesięcy po otwarciu?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

15. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 22

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Kadmu 2% lub 2-5% HNO₃?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

16. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 26

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca konduktometrycznego o wartości 147μS/cm?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzorca konduktometrycznego o wartości 147μS/cm. 147μS/cm mieści się we wskazanym zakresie opisanym jako cyt. „ok. 150μS/cm”.

Pytanie

17. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 28

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Krzemu w wodzie?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

18. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 29

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Manganu w 2% lub 2-5% HNO₃?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

19. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 34

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Miedzi w 2% lub 2-5% HNO₃?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

20. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 38

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Niklu w 2% lub 2-5% HNO₃?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

21. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 41

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca octanu butylu w opakowaniu 1x1 ml lub 5x1 ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

22. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 42

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca o-ksylenu w opakowaniu 1x1 ml lub 5x1 ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

23. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 43

- Czy Zamawiający dopuści zaferowanie wzorca Ołowiu 2% lub 2-5% HNO₃?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

24. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 45

- Proszę o podanie przykładowego numeru katalogowego lub nazwy producenta wzorca pH, który spełnia wymagania Zamawiającego. Pozycja nr 45 została powielona. Ponadto w każdej z pozycji nr 45 podano inną ilość sztuk wzorca.

Odpowiedź:

- Zamawiający informuje, że nie podaje numeru katalogowego i nazwy producenta. Łączna ilość wzorca pH wynosi trzy sztuki.

Pytanie

25. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 46

- Proszę o podanie przykładowego numeru katalogowego lub nazwy producenta wzorca pH, który spełnia wymagania Zamawiającego. Pozycja nr 46 została powielona. Ponadto w każdej z pozycji nr 46 podano inną ilość sztuk wzorca.

Odpowiedź:

- Zamawiający informuje, że nie podaje numeru katalogowego i nazwy producenta. Łączna ilość wzorca pH wynosi trzy sztuki.

Pytanie

26. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 47

- Proszę o podanie przykładowego numeru katalogowego lub nazwy producenta wzorca pH, który spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

- Zamawiający informuje, że nie podaje numeru katalogowego i nazwy producenta.

Pytanie

27. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 49

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca propylobenzenu w opakowaniu 1x1ml lub 5x1ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

28. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 50

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca redoks o wartości około 470mV?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

29. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 51

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca redoks o wartości około 605mV?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

30. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 52

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Rtęci w 10% HNO₃?

- Czy substancją wyjściową użytą do przygotowania wzorca może być Hg(NO₃)₂?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

31. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 54

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca selenu w 2% lub 2-5% HNO₃?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzorca selenu w 2% HNO₃. Jest to tożsame 0,5 mol/l, Zamawiający przeliczy stężenie przy ocenie ofert.

Pytanie

32. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 56

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca siarczanów, który został przygotowany na bazie $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

33. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 63

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca trichloroetylenu w opakowaniu 1x1ml lub 5x1ml ?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

34. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 65

- Proszę o podanie przykładowego numeru katalogowego lub nazwy producenta certyfikowanego materiału odniesienia, który spełnia wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź:

- Zamawiający informuje, że nie podaje numeru katalogowego i nazwy producenta.

Pytanie

35. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 68

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Wapnia w 2% lub 2-5% HNO_3 ?

Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wzorca Wapnia w 2% HNO_3 . Jest to tożsame 0,5 mol/l. Zamawiający przeliczy stężenie przy ocenie ofert.

Pytanie

36. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 69

- Data ważności zestawu wzorców mętności o numerze katalogowym LZY835 to 360 dni.

- Czy Zamawiający akceptuje materiał z datą ważności 360 dni gwarantowaną przez producenta (firmę HACH)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania jest uprawniony wyłącznie do wyjaśniania treści SWZ i nie może rozstrzygać o zgodności z opisem przedmiotu zamówienia wyrobów, o których mowa w kierowanych do niego pytaniach.

Pytanie

37. Dotyczy części nr 1, pozycja nr 70 i 71

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Żelaza w 2% lub 2-5% HNO₃?

Odpowiedź:

- Zamawiający w pozycji nr 70 dopuszcza zaoferowanie wzorca Żelaza w 2% HNO₃. Jest to tożsame 0,5 mol/l. Zamawiający przeliczy stężenie przy ocenie ofert.

- Zamawiający w pozycji nr 71 nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

38. Dotyczy części nr 4, pozycja nr 20 i 21

Czy Zamawiający w pozycji 20 i 21 ma na myśli tę samą zlewkę niską z wylewem 50 ml?

Odpowiedź:

- Zamawiający informuje, że ma na myśli tę samą zlewkę niską z wylewem 50 ml.

Pytanie

39. Dotyczy Załącznik nr 4, (§ 6 ust.1, pkt.1)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 10% wartości NETTO przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

40. Dotyczy Załącznik nr 4, (§ 6 ust.1, pkt.2)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu umowy?

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie

41. Dotyczy Załącznik nr 4, (§ 8 ust.1)

- Dot. Kary umowne a zakup u konkurencji w przypadku braku towaru. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych zawartych w (§ 6 ust.1, pkt.2)?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego, tylko w wypadku gdy opóźnienia te są spowodowane wyłącznie z winy Wykonawcy, nie dotyczy siły wyższej, bądź wycofania produktu z produkcji przez Producenta?

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie


42. Dotyczy Załącznik nr 4,

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Z up. DYREKTORA
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zielonej Górze

mgr Liliana Gintowt