

Załącznik nr 18 do SIWZ  
Załącznik nr 1 do umowy nr .....  
z dnia .....

(pieczęć adresowa wykonawcy)

**Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 17**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **czynników diagnostycznych – pakiet I**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
  - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - wyraźnie oznakowany rozmiar,
  - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
  - poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ..... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ..... lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ..... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę ..... złotych, słownie złotych : .....  
.....zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa za jednostkę miary/opakowanie handlowe tzw. cena brutto	Wartość zł 6= 4 x 5	Stawka podatku VAT (%) zawarta w kolumnie 6	* Producent/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Anaerocult A</b> Torebki (saszetki) wypełnione mieszaniną reakcyjną do wytwarzania atmosfery beztlenowej w pojemniku dla beztlenowców o pojemności 2,5 litra, temperatura przechowywania 2-25°C. Termin ważności min.12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (10szt.)	1				
2	<b>Anaerotest-paski testowe</b> Paski do kontroli atmosfery beztlenowej w pojemniku dla beztlenowców o pojemności 2,5 litra, temperatura przechowywania 2-25°C. Termin ważności min.12 miesięcy od daty dostarczenia	opak. (50pasków.)	1				
3	<b>Cefinase</b> Test cefinazowy do oznaczania beta-laktamazy. Krążki nasycone nitrocefiną w plastikowej fiolce. Termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia	opak. (50 szt.)	1				
4	<b>Legionella Latex Test</b> Test lateksowy do szybkiej identyfikacji Legionella pneumophila serogrupa 1, 2-14 oraz Legionella spp. (7 innych patogennych gatunków Legionella); czułość 98,8 %, specyficzność 100%. Zestaw umożliwiający wykonanie 50 testów. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak.(zestaw)	1				
5	<b>Mc Farland standard</b> Seria standardów o odpowiednich zmętnieniach: Mc Farland skala 0,5 - 5,0. Termin ważności min. 3 miesiące od daty dostarczenia	opak. (zestaw)	1				

6	<b>NADAL Giardia-Crypto-Combo</b> Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giardia i Cryptosporidium w próbkach kału. Test kasetowy. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia.	opak. (10 szt.)	2				
7	<b>Paski do oxydazy</b> Paski testowe do wykrywania oxydazy cytochromowej w drobnoustrojach, temperatura przechowywania 2-8 °C, czas reakcji 20-60 sek. Termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia	opak. ( 50 pasków)	21				
8	<b>Test do wykrywania astrowirusów w kale</b> Szybki test kasetkowy do jakościowego wykrywania astrowirusów w kale. Zawartość zestawu: 10 płytek testujących i 10 fiolek z buforem do rozcieńczania kału. Czułość więcej niż 94 %, swoistość 99 % w porównaniu do testu ELISA - astrovirus. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia	opak. (10 testów)	1				
9	<b>Test do wykrywania norowirusów w kale</b> Szybki test kasetkowy do jakościowego wykrywania norowirusów w kale. Zawartość zestawu: 10 płytek testujących i 10 fiolek z buforem do rozcieńczania kału. Czułość więcej niż 94 %, swoistość 99 % w porównaniu do testu ELISA - norovirus. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia	opak. (10 testów)	1				
10	<b>Test do wykrywania rotawirus i adenowirusów w kale</b> Szybki test kasetkowy do jednoczesnego jakościowego wykrywania rotawirus i adenowirusów w kale. Zawartość zestawu: 20 płytek testujących i 20 fiolek z buforem do rozcieńczania kału. Czułość więcej niż 94 %, swoistość 99 % w porównaniu do testu ELISA .Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia	opak. (20 testów)	2				

11	<b>Testy mikroplytkowe MUG</b> Testy do wykrywania i oznaczania Escherichia coli wg normy PN-EN ISO 9308-3; 96 dołkowe z taśmą samoprzylepną, nie fluoryzujące z podłożem MUG/EC . Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia	opak.(test)	100				
12	<b>Test PYR</b> Szybki test kolorymetryczny do wykrywania aktywności PYRazy u paciorkowców i gronkowców. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia	opak. (60 testów)	1				
13	<b>Zestaw lateksowy do oznaczania paciorkowców</b> Lateksowy test aglutynacyjny do identyfikacji grup A, B, C, D, F i G paciorkowców. Zestaw zawiera: odczynniki grup A, B, C, D, F i G - po 1 buteleczce z zakraplaczem, enzym ekstrakcyjny - 2 buteleczki a' 12 ml, wieloważną kontrolę dodatnią - 1 buteleczka z zakraplaczem, karty z z wyznaczonymi polami badań, patyczki - mieszadełka. Zestaw umożliwiający wykonanie 50 oznaczeń. Termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia	opak.(zestaw)	1				
				<b>RAZEM</b>			

**Uwaga:**

**Do każdego dostarczonego wyrobu należy dołączyć certyfikat analityczny / świadectwo sprawdzenia / kartę kontroli produktu producenta oferowanego wyrobu.**

**\* Wszystkie informacje dodatkowe nie stanowią treści oferty – nie zostaną uwzględnione przy badaniu i ocenie oferty. Przedmiotowe dane będą wykorzystywane wyłącznie do zamawiania i rozliczania dostaw wyrobów**

**Cena ofertowa musi być podana w złotych polski (PLN), cyfrowo ( do drugiego miejsca po przecinku)**

....., dnia .....

.....  
podpis osoby/ podpisy osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy