

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Załącznik nr 14 do SIWZ
Załącznik nr do umowy nr
z dnia

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 13

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **czynników diagnostycznych (testy API, odczynniki do testów API)**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:

- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę złotych, słownie złotych :
zgodnie z poniższą kalkulacją:

L p.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa za jednostkę miary/opakowanie handlowe tzw. cena brutto	Wartość zł 6= 4 x 5	Stawka podatku VAT (%) zawarta w kolumnie 6	* Producent/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	API 20 E + program API – WEB Wystandaryzowany zestaw do identyfikacji Enterobacteriaceae i innych mało wymagających pałeczek Gram - ujemnych. Termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostarczenia. Program API - WEB (licencja) służący do interpretacji wyników uzyskanych z testów API	zestaw (25 testów) + 1 licencja – Program API-WEB	3				
2	API 20 NE Wystandaryzowany zestaw do identyfikacji Gram - ujemnych, niejelitowych pałeczek o niewysokich wymaganiach odżywczych. Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia	zestaw (25 testów)	2				
3	API Staph Wystandaryzowany zestaw do identyfikacji rodzajów Staphylococcus, Micrococcus i Kocuria. Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia	zestaw (25 testów)	2				

4	API 20 Strep Wystandaryzowany zestaw do identyfikacji grup lub gatunków większości paciorkowców i enterokoków oraz najbardziej powszechnych spokrewnionych drobnoustrojów. Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia	zestaw (25 testów)	2				
5	Odczynnik James Odczynnik do testów API. Skład: R1: HCl 1N 100 ml R2: Składnik J 2183 (zastrzeżony) 0,66 g Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia	op. (2 x 5 ml)	2				
6	Odczynnik NIN Odczynnik do testów API. Skład: Ninhydryna 7 g Metanol 40 ml Dimetylosulfotlenek (DMSO) 60 ml Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia	op. (2 x 5 ml)	2				
7	Odczynnik NIT 1 + NIT 2 Odczynniki do testów API. Skład: NIT1: Kwas sulfanilowy 0,4 g Kwas octowy 30 g NIT2: N,N-dimetylo-1-naftyloamina 0,6 g Kwas octowy 30 g H ₂ O 70 ml Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia	op. (4 x 5 ml)	2				
8	Odczynnik TDA Odczynnik do testów API. Skład: Chlorek żelaza (zawiera żelazo) ,4 g H ₂ O 100 ml ,Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia	op. (2 x 5 ml)	2				
9	Odczynnik VP 1 + VP 2 Odczynniki do testów API. Skład: VP1: Wodortlenek potasu 40 g H ₂ O 100 ml VP2: α- naftol 6 g Etanol 100 ml Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia.	op. (4 x 5 ml)	2				

10	Odczynnik ZYM A Odczynnik do testów API. Skład: Tris-hydroksymetylo-aminometan 25 g Kwas chlorowodorowy (37%) 11 ml Laurynowy siarczan sodu 10 g H ₂ O 100 ml Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia	op. (2x 8 ml)	2				
11	Odczynnik ZYM B Odczynnik do testów API. Skład: Fast Blue BB (aktywny składnik) 0,12 g Metanol 40 ml Dimetylosulfotlenek (DMSO) 60 ml Termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostarczenia	op. (2 x 8ml)	2				
				RAZEM			

UWAGA :

Do każdego dostarczonego wyrobu należy dołączyć certyfikat analityczny/świadectwo wzorcowania/kartę kontroli produktu producenta oferowanego wyrobu.

*** Wszystkie informacje dodatkowe nie stanowią treści oferty – nie zostaną uwzględnione przy badaniu i ocenie oferty. Przedmiotowe dane będą wykorzystywane wyłącznie do zamawiania i rozliczania dostaw wyrobów**

Cena ofertowa musi być podana w złotych polski (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)

....., dnia

.....
podpis osoby/ podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy