

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Załącznik nr 26 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr
z dnia

Formularz cenowo- techniczny do zadania 25

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **materiałów medycznych**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:

- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie **do dni roboczych** od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę złotych, słownie złotych :
zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary/opakowanie handlowe tzw. cena brutto	Wartość zł 6= 4 x 5	Stawka podatku VAT (%) zawarta w kolumnie 6	* Producent/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Korek celulozowy do próbki Korki z czystej masy celulozowej do próbek o średnicy wewnętrznej 8,5 -10 mm, wymiary korka: średnica podstawy 8 mm, średnica górna ok. 13 mm, długość ok. 30 mm, odporne na sterylizację parową w 121 °C, oraz suchym, gorącym powietrzem do 200 °C, umożliwiające dostęp powietrza do próbki przy zachowaniu warunków jałowości, wykonane z materiału niepyłającego	szt.	2500				
2.	Korek celulozowy do próbki Korki z czystej masy celulozowej do próbek o średnicy wewnętrznej 9 -10,5 mm, wymiary korka: średnica podstawy 8,5 - 9 mm, średnica górna ok. 13 mm, długość ok. 29 mm, odporne na sterylizację parową w 121 °C, oraz suchym, gorącym powietrzem do 200 °C, umożliwiające dostęp powietrza do próbki przy zachowaniu warunków jałowości, wykonane z materiału niepyłającego.	szt.	4000				

3	Korek celulozowy do probówki Korki z czystej masy celulozowej do probówek o średnicy wewnętrznej 11,5 -13,5 mm, wymiary korka: średnica podstawy 11 mm, średnica górna ok. 16 mm, długość ok. 32 mm, odporne na sterylizację parową w 121 °C, oraz suchym, gorącym powietrzem do 200 °C, umożliwiające dostęp powietrza do probówki przy zachowaniu warunków jałowości, wykonane z materiału niepylącego	szt.	2000				
4	Korek celulozowy do probówki korek z czystej masy celulozowej do probówek o średnicy wewnętrznej 13,5 -15,5 mm, wymiary korka: średnica podstawy 12 - 13 mm, średnica górna ok. 18 mm, długość ok. 39 mm, odporny na sterylizację parową w 121 °C, oraz suchym, gorącym powietrzem do 200 °C, umożliwiające dostęp powietrza do probówki przy zachowaniu warunków jałowości, wykonany z materiału niepylącego.	szt.	3000				
5	Korek celulozowy do probówki Korki z czystej masy celulozowej do probówek o średnicy wewnętrznej 17,5 -18,5 mm, wymiary korka: średnica podstawy 17 mm, średnica górna ok. 22 mm, długość ok. 38 mm, odporne na sterylizację parową w 121 °C, oraz suchym, gorącym powietrzem do 200 °C, umożliwiające dostęp powietrza do probówki przy zachowaniu warunków jałowości, wykonane z materiału niepylącego	szt.	200				
6	Pipeta Pasteura jednorazowa, plastikowa, pojemność całkowita 3-3,5 ml, pojemność użytkowa ok. 1,5 ml, z długim, kapilarnym wylotem, długość wylotu min. 16 cm, całkowita długość pipety max. 23 cm, sterylna, pakowane po 20 szt., łatwe otwieranie woreczka z pipetami bez konieczności użycia nożyczek, świadectwo kontroli sterylności, termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia	szt.	26000				
7	Płytki Petriego plastikowa, z trzema żeberkami wentylacyjnymi, średnica 55 mm, wysokość 14,2 mm, sterylna, świadectwo kontroli sterylności, termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia,	szt.	6000				

8	Płytki Petriego plastikowa, z trzema żeberkami wentylacyjnymi, średnica 90 mm, wysokość 14,2 mm, sterylna, świadectwo kontroli sterylności, termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia	szt.	12600				
9	Płytki Petriego plastikowa, dwudzielna, z żeberkami wentylacyjnymi, średnica 90 mm, wysokość ok.14 mm, sterylna, świadectwo kontroli sterylności, termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia	szt.	2400				
10	Pojemnik na odpady medyczne dno okrągłe, 1-litrowy, czerwony, otwór wrzutowy o średnicy min. 4,5 cm, posiadający atest PZH i etykietę zgodną z przedmiotowym, obowiązującym w dniu dostawy, rozporządzeniem Ministra Zdrowia	szt.	160				
11	Pojemnik na odpady medyczne dno okrągłe, 10-litrowy, czerwony, z uchwytem (rączką) do przenoszenia, otwór wrzutowy o średnicy min. 8 cm, posiadający atest PZH i etykietę zgodną z przedmiotowym, obowiązującym w dniu dostawy, rozporządzeniem Ministra Zdrowia	szt.	475				
12	Probówka z PP okrągłodenna, pojemność 10-14 ml, wym. 15-17 mm x 100 mm, niesterylna, odporna na ogrzewanie w łaźni wodnej o temperaturze 100 °C, termin ważności min.2 lata od daty dostarczenia	szt.	26000				
13	Probówka z PS okrągłodenna, pojemność 20 ml, wym. 16 mm x 150 mm, sterylna, świadectwo kontroli sterylności, termin ważności min.2 lata od daty dostarczenia	szt.	26000				
14	Szpatułka laryngologiczna jednorazowa, drewniana, niesterylna, rozmiar: 150 mm x 18 mm x 1,6 mm opak. 100 szt.	op.	2				
15	Wymazówka sterylna wymazówka z drewna o długości 150 mm, z wacikiem bawełnianym o średnicy ok. 5 mm, pakowana indywidualnie, sterylna; termin ważności min. 3 lata od daty dostarczenia; świadectwo kontroli sterylności	szt.	1100				

RAZEM	
--------------	--

*** Wszystkie informacje dodatkowe nie stanowią treści oferty – nie zostaną uwzględnione przy badaniu i ocenie oferty. Przedmiotowe dane będą wykorzystywane wyłącznie do zamawiania i rozliczania dostaw wyrobów**

Cena ofertowa musi być podana w złotych polski (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)

....., dnia

.....
podpis osoby/ podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy