



Zielona Góra, 19.06.2020 r.

AZP.2372.5.2020

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr AZP.2372.5.2020

Zamawiający Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, ul. Jasna 10 prowadząc postępowanie nr AZP.2372.5.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, odczynników do badań mikrobiologicznych, kultur mikrobiologicznych, czynników diagnostycznych, środków dezynfekcyjnych oraz produktów innych niż terapeutyczne”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 550889-N-2020 w dniu 16.06.2020r. w odpowiedzi na przesłane pytania z dnia 17.06.2020r., 18.06.2020r. oraz 19.06.2020r. udziela na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych następujących odpowiedzi:

PYTANIA Z DNIA 17.06.2020r.

Dotyczy SIWZ

Pytanie: Proszę także o przesłanie wyjaśnienia dotyczącego rozdziału XXV:

- Pkt. 2. Termin dostawy należy podać w godzinach. W ramach kryterium dostawy wykonawca może zaoferować termin dostawy nie dłuższy niż 24 godziny od złożenia zamówienia.
- Pkt. 4. Wykonawca może zaoferować wyłącznie termin nie krótszy niż 1 dzień od daty wysłania zamówienia oraz nie dłuższy niż 7 dni od daty wysłania zamówienia. Termin dostawy Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku niewskazania lub wskazania terminu dostawy powyżej 7 dni od daty wysyłki zamówienia lub wpisania „0” – oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
- Pkt. 5. Zaoferowany przez Wykonawców termin dostawy musi być wyrażony w dniach.

Czy Wykonawca powinien wyrazić termin dostawy w dniach czy w godzinach? Jakie jest kryterium terminu dostawy – 24 godziny czy 1-7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający – Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, ul. Jasna 10 dokonał modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie w rozdziale XXV pkt 2. cyt. „Termin dostawy należy podać w godzinach. W ramach kryterium dostawy wykonawca może zaoferować termin dostawy nie dłuższy niż 24 godziny od złożenia zamówienia”.

Wykonawca powinien wyrazić termin dostawy w dniach. Kryterium terminu dostawy: 1-7 dni. Ponadto Zamawiający nie udostępnia edytowalnych wersji dokumentów w postępowaniu nr AZP.2372.5.2020.

Dotyczy Załącznika nr 8 do SIWZ dla zadania nr 7

niepodlega

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie surowic z minimalnym terminem ważności 10 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie surowic z minimalnym terminem ważności 10 miesięcy od daty dostawy.

Dotyczy Załącznika nr 11 do SIWZ dla zadania nr 10

Pytanie: Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża którego kontrolna jakość przeprowadzana jest na poniższych szczepach?

Mikroorganizm:
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 2 nie wyraża zgody na zaoferowanie podłoża którego kontrolna jakość przeprowadzana jest na powyższych szczepach.

Pytanie: Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek z terminem ważności min. 11 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - dokonał modyfikacji SIWZ poprzez zmianę zapisu w Załączniku nr 11 do SIWZ dla zadania nr 10 poz. 7: było cyt. „Termin ważności min. 4 miesiące od daty dostarczenia”, jest cyt. ”Termin ważności min. 11 tygodni od daty dostarczenia”.

PYTANIA Z DNIA 18.06.2020r.

Dotyczy: Załącznik nr 21 do SIWZ dla zadania nr 20

Pozycja 1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści korek celulozowy o wymiarach korka: średnica podstawy 7,5mm, średnica górna 12mm, długość 23,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza korka celulozowego o wymiarach korka: średnica podstawy 7,5mm, średnica górna 12mm, długość 23,5mm.

Pozycja 1

Pytanie: Czy Zamawiający zaokrągli opakowanie do 2000 sztuk ze względu na sposób pakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaokrągli opakowania do 2000 sztuk ze względu na sposób pakowania.

Pozycja 5

Pytanie: Czy Zamawiający zaokrągli opakowanie do 500 sztuk ze względu na sposób pakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaokrągli opakowania do 500 sztuk ze względu na sposób pakowania.

Pozycja 6

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pipety o pojemności całkowitej 5ml, pojemności użytkowej 1ml, długości wylotu 10,5cm, długości kapilarnej 10,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści pipety o pojemności całkowitej 5ml, pojemności użytkowej 1ml, długości wylotu 10,5cm, długości kapilarnej 10,5cm

Pozycja 6

Pytanie: Czy Zamawiający zaokrągli opakowanie do 1600 sztuk ze względu na sposób pakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaokrągli opakowania do 1600 sztuk ze względu na sposób pakowania.

Pozycja 7

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści płytki o wysokości 15mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - dokonał modyfikacji SIWZ poprzez zmianę zapisu w Załączniku nr 21 do SIWZ dla zadania nr 20 poz. 7: było cyt. „Płytki Petriego plastikowa, z trzema żeberkami wentylacyjnymi, średnica 55 mm, wysokość 14,2 mm, sterylne, świadectwo kontroli sterylności. Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia”, jest cyt. „Płytki Petriego plastikowa, z trzema żeberkami wentylacyjnymi, średnica 55 mm, wysokość od 14,2 mm do 15 mm, sterylne, świadectwo kontroli sterylności. Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia”.

Pozycja 8

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści płytki o wysokości 15mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - dokonał modyfikacji SIWZ poprzez zmianę zapisu w Załączniku nr 21 do SIWZ dla zadania nr 20 poz. 8: było cyt.: „Płytki Petriego plastikowa, z trzema żeberkami wentylacyjnymi, średnica 90 mm, wysokość 14,2 mm, sterylne, świadectwo kontroli sterylności. Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia”, jest cyt. „Płytki Petriego plastikowa, z trzema żeberkami wentylacyjnymi, średnica 90 mm, wysokość od 14,2 mm do 15 mm, sterylne, świadectwo kontroli sterylności. Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia”.

Pozycja 12

Pytanie: Czy Zamawiający zaokrągli zamawianą ilość do 13500 sztuk ze względu na sposób pakowania po 500 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaokrągli zamawianej ilości do 13500 sztuk ze względu na sposób pakowania po 500 sztuk.

Pozycja 13

Pytanie: Czy Zamawiający zaokrągli zamawianą ilość do 14000 sztuk ze względu na sposób pakowania po 1000 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaokrągli zamawianej ilości do 14000 sztuk ze względu na sposób pakowania po 1000 sztuk.

Pozycja 14

Pytanie: Czy Zamawiający zaokrągli opakowanie do 100 sztuk ze względu na sposób pakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaokrągli opakowania do 100 sztuk ze względu na sposób pakowania?

Pozycja 15

Pytanie: Czy Zamawiający zaokrągli opakowanie do 100 sztuk ze względu na sposób pakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie zaakreślił opakowania do 100 sztuk ze względu na sposób pakowania.

Pozycja 16

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści Wymazówki o przeżywalności szczepów bakterii 48h ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści Wymazówek o przeżywalności szczepów bakterii 48h.

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ zadania nr 5

Pytanie: Dotyczy Zadania nr 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją.

Pytanie: Dotyczy Zadania nr 5, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki biologiczne zawierające $1,5 \times 10^5$ zarodników.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wskaźników biologicznych zawierających $1,5 \times 10^5$ zarodników.

Dotyczy wzoru umowy

Pytanie: Dotyczy wzoru umowy §6, ust.1, punkt 1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary do 20% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary do 20% wartości niezrealizowanej części umowy.

Dotyczy: Załącznik nr 21 do SIWZ zadania nr 20

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 6 pipety pakowane pojedynczo, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę - dokonał modyfikacji SIWZ poprzez zmianę zapisu w Załączniku nr 21 do SIWZ dla zadania nr 20 poz. 8: było cyt.„, Pipeta Pasteura jednorazowa, plastikowa, pojemność całkowita 3-3,5 ml, pojemność użytkowa ok. 1,5 ml, z długim, kapilarnym wylotem, długość wylotu min. 16 cm, całkowita długość pipety max. 23 cm, sterylne, pakowane po 20 szt., łatwe otwieranie woreczka z pipetami bez konieczności użycia nożyczek, świadectwo kontroli sterylności, termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia”, jest cyt.” Pipeta Pasteura jednorazowa, plastikowa, pojemność całkowita 3-3,5 ml, pojemność użytkowa ok. 1,5 ml, z długim, kapilarnym wylotem, długość wylotu min. 16 cm, całkowita długość pipety max. 23 cm, sterylne, pakowane do 20 szt., łatwe otwieranie woreczka z pipetami bez konieczności użycia nożyczek, świadectwo kontroli sterylności, termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia”.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 17 produkt z terminem ważności min. 16 m-ce od daty dostarczenia, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 17 produktu z terminem ważności min. 16 m-cy od daty dostarczenia, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Załącznik nr 34 umowa §6, ust.1, pkt.1

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO przedmiotu umowy.

Dotyczy: Załącznik nr 34 umowa §6, ust.1, pkt.2

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu umowy.

Dotyczy: Załącznik nr 34 umowa

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dotyczy załącznik nr 18 do SIWZ dla zadania nr 17


Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w poz. 3 produktu w opakowaniu po 80 fiolek i przeliczenie zapotrzebowania, tj. 2 x 80 fiolek z mix 4 kolory?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie w poz. 3 produktu w opakowaniu po 80 fiolek i przeliczenie zapotrzebowania, tj. 2 x 80 fiolek z mix 4 kolory.

Dotyczy załącznik nr 20 do SIWZ dla zadania nr 19

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów z 3 lub 4 pasażem w postaci wymazówek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szczepów z 3 lub 4 pasażem w postaci wymazówek.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska