

Załącznik nr 22 SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr
z dnia

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Formularz cenowo - techniczny dla zadania 21

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **drobnych akcesoriów laboratoryjnych – pakiet I**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełnią będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełnią będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:

- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę złotych, słownie złotych : zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto za jednostkę miary/opakowanie handlowe tzw. cena brutto	Wartość zł 6= 4 x 5	Stawka podatku VAT (%) zawarta w kolumnie 6	* Producent/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Butle diagnostyczne wykonane z PETG, z białym korkiem z HDPE, o pojemności 20 ml, wykończenie szyjki 20-415 mm, sterylne, apirogenne, niecytotoksyczne, wolne od endotoksyn bakteryjnych, z certyfikatem jakości. Termin ważności minimum 12 miesięcy. Pakowane na tacki po 20 szt., do pobierania próbek wody do oznaczania endotoksyn bakteryjnych.	opak. (100szt.)	1				
2	Eza bakteriologiczna płytynowa lub platynowa - irydowa o długości 50 mm, Ø drutu 0,6 mm, Ø wew. pętli 1 mm	szt.	2				
3	Filtry membranowe wykonane z nitrocelulozy, wielkość porów 0,45 µm, średnica sączka 50mm, sterylne, białe, czarna kratka; świadectwo jakości do każdej serii.	opak. (100szt.)	30				
4	Płytki szklane do testu lateksowego Salmonella Płytko o wymiarach szer. x wys. (mm) 89 x 59, kolor płytki czarny, z zaznaczonymi pojedynczymi polami badań, 12 pól na płytce.	szt.	20				

