

Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr
z dnia

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 5

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **czynników diagnostycznych - sporale**, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełnią będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania techniczne i jakościowe.
3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełnią będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
 - poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę złotych, słownie złotych :
zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa za jednostkę miary/opakowanie handlowe tzw. cena brutto | Wartość zł 6= 4 x 5 | Stawka podatku VAT (%) zawarta w kolumnie 6 | * Producent/ nr katalogowy |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sporal A Biologiczny wskaźnik kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w autoklawie (wszystkie cykle sterylizacji). Pasek bibuły nasączony zawieszoną spor Geobacillus stearothermophilus w opakowaniu papierowo - foliowym, wielkość populacji 2,3 x 10 ⁵ . Zgodny z normą PN-EN ISO 11138-1,3. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia. | op. a 10 szt. | 130 | | | | |
| | | | | RAZEM | | | |

Uwaga:

Do każdego dostarczonego wyrobu należy dołączyć certyfikat analityczny lub świadectwo sprawdzenia lub kartę kontroli produktu producenta oferowanego wyrobu.

Zielona Góra

....., dnia *15.06.2020*

DYREKTOR

Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zielonej Górze

[Signature]
mgr inż. *Dorota Baranowska*

.....
podpis osoby/ podpis osoby uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

KIEROWNIK ODDZIAŁU
LABORATORYJNEGO
[Signature]
mgr *Aneta Tonder*